



JKP ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ  
СЕКТОР ФИНАНСИЈСКО-КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА  
Лабораторија за контролисање водомера  
Лесковац; Влајкова 197; Телефон: +381 16 282-566/локал 16

## Ванредни преглед водомера у употреби на захтев клијента

Када клијент има захтев за ванредни преглед водомера у употреби (тзв. експертизу), поступак контроле исправности водомера, се може одрадити у Лабораторији за контролисање водомера ЈКП Водовод Лесковац, где ће оверавање обављати Технички руководилац и контролор из неког другог Контролног тела.

Ванредни преглед водомера у употреби може бити спроведен и у другој акредитованој лабораторији, са истим обимом акредитације, истом или сличном опремом, уз присуство клијента или његовог заступника.

Приликом подношења Захтева за ванредни преглед водомера у употреби, клијент ће моћи у личном контакту са Лабораторијом за контролисање водомера, са седиштем у Влајковој 197, да оствари своја права, односно да се упозна са процедуром на лицу места и добије образац Захтев за ванредни преглед исправности рада водомера у употреби.

Захтев за ванредни преглед водомера мора да садржи следеће податке:

1. Име и презиме, адресу и број телефона ради комуникације;
2. Назив произвођача, тип, серијски број;
3. Датум уградње на прикључак за воду;
4. Доказ о плаћеној административној такси.

Ванредни преглед водомера обухвата:

1. Визуелни преглед мерила ради утврђивања да ли је државни жиг важећи;
2. Проверу функционалности мерила;
3. Преглед и испитивање ради утврђивања усаглашености мерила са прописаним захтевима;
4. Издавање извештаја о ванредном прегледу мерила.

Уколико корисник жели, може да провери исправност мерила у употреби, и у Дирекцији за мере и драгоцене метале. Корисник може да нађе захтев за ванредни преглед мерила у употреби на сајту Дирекције за мере и драгоцене метале, и уз доказ о плаћеној административној такси, а у складу са Законом о



ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ  
СЕКТОР ФИНАНСИЈСКО-КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА

Лабораторија за контролисање водомера  
Лесковац; Влајкова 197; Телефон: +381 16 282-566/локал 16

републичким административним таксама, да спроведе ванредни преглед мерила у употреби (тзв. експертизу). Ванредни преглед мерила у употреби врши се у складу са чланом 32. Закона о метрологији на начин прописан Правилником о начину ванредног прегледа мерила.

Када се наводе недатиране референце, примењује се најновије издање референтног документа (укључујући и његове измене).

Трошкове ванредног прегледа мерила у употреби сноси подносилац захтева, ако оверено мерило са важећим жигом задовољава прописане метролошке захтеве.

Трошкове ванредног прегледа мерила у употреби сноси лице које је одговорно за редовно оверавање мерила, ако мерило не задовољава прописане метролошке захтеве

Захтев за ванредни преглед мерила у употреби се налази на сајту Дирекције за мере и драгоцене метале.

У Лесковцу,

06.12.2024.године

Лабораторија за контролисање водомера

Илић Биљана

Илић Биљана, дипл.инж.маш.