



Naš znak: 7466
Datum: 31.07.2017.

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za JNMV 14/17

Potencijalni ponuđač je tražio pojašnjenja vezana za JNMV 14/17-hemikalije za laboratoriju i laboratorijsko staklo (po partijama):

Pitanje (Partija 1/ stavka 49): Postoje dva modela turbidimetra TB1000, da li želite komplet standard za TB1000W ili za TB1000IR?

Pojašnjenje : Tip turbidimetra je Cyberscan WL TB 1000 Eutech. Komplet standarda se odnosi na pomenuti tip turbidimetra.

Pitanje (Partija 1/ stavka 50): Traži se set standarda Merck ili odgovarajući – za koji model turbidimetra su ovi standardi ?

Pojašnjenje: Standardi se prodaju u setovima, u već gotovim kivetama u kojima su turbidimetrijski standardi. Tip turbidimetra je Cyberscan WL TB 1000 Eutech.

Pitanje (Partija 1/Pozicije 60 i 61): Molim vas da definišete tačan kat.br. ili da date opseg za navedene parametre.

Pojašnjenje: Stavka 60. se odnosi na reagense za određivanje TOC, a stavka 61 se odnosi na reagense za određivanje ukupnog fosfora u vodi.

Opseg za stavku 60. je od 2-65 mg/lit TOC, a za stavku 61. opseg od 0.05-1.50 mg/lit.

U oba slucaja se koriste kivete za spektrofotometar DR 5000 HACH, koje su 13 mm LCK 380, a za metodu koristi LT 200 reaktor.

Pitanje (Partija 1/Pozicija 74): Da li želite da Vam se ponude reagensi sa kataloškim brojem 535250 ili 535210?

Pojašnjenje: Potrebno je ponuditi reagense sa kataloškim brojem 535250.

Pitanje: Da li je prihvatljivo da sertifikati koje prilažemo za stavke iz partija 1 i 2. budu na engleskom jeziku?

Pojašnjenje: Ne. Sva potrebna dokumentacija, koja se dostavlja uz ponudu, mora biti na srpskom jeziku ili mora biti prevedena na srpski jezik i overena od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Pitanje (Partija 3/pozicija 15): Da li želite plastičnu ili staklenu elektrodu sa BNC konektorom ?

Pojašnjenje: Plastična elektroda sa BNC konektorom.

Pitanje: (Partija 3/pozicija stavka 49): Molim vas da precizirate količinu, zato što je navedena količina 0.

Pojašnjenje: Navedena kolicina je 0.

Pitanje (Partija 3 stavka 80): Da li želite plastičnu ili staklenu elektrodu za pH metar pH 510?

Pojašnjenje: Plastična elektroda za pH metar pH 510.

Pitanje: Da li je prihvatljivo da izvod iz kataloga za stavke koje nudimo u partiji 3 dostavimo na engleskom jeziku?

Pojašnjenje: Ne. Sva potrebna dokumentacija , koja se dostavlja uz ponudu, mora biti na srpskom jeziku ili mora biti prevedena na srpski jezik i overena od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Комисија за ЈНМВ 14/17

