



Јавно комунално предузеће
Водовод
ул. Пана Ђукића 14



Наш знак: 8052
Датум: 24.09.2018. год.

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈНМВ 28/18 - Хемикалије за лабораторију и лабораторијско стакло (по партијама).

Заинтересовано лице је дана 21.09.2018.године електронском поруком на електронску адресу Наручиоца наведену у конкурсној документацији за ЈНМВ 28/18 - Хемикалије за лабораторију и лабораторијско стакло (по партијама), упутило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације.

1.Питање: Партија 3/ ставка 73 – Да ли је прихватљиво понудити термометар дужине 26cm, Ø8 mm?

Одговор : Прихватљиво је.

2.Питање: Партија 3/ ставка 83 – Молим за прецизније информације о боцама које тражите.

Одговор: У питању су боце (ПВЦ) за вампире "liquid sampler, vacuum , portable". У вези са њим су и ставке 81 и 82.

Заинтересовано лице је дана 24.09.2018.године електронском поруком на електронску адресу Наручиоца наведену у конкурсној документацији за ЈНМВ 28/18 - Хемикалије за лабораторију и лабораторијско стакло (по партијама), упутило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације.

3.Питање: Партија 3/ ставка 23 - Да ли Вам је потребан квантитативни или квалитативни филтер папир?

Одговор: У питању је квантитативан филтер папир.

Комисија за ЈНМВ 28/18